




Potvrda o akreditaciji Accreditation Certificate

Ovime se utvrđuje da je
This is to recognize that

FRIGOMOTORS d.o.o.
Laboratorij za ispitivanje opreme pod tlakom
Dugopoljska 35, HR-21204 Dugopolje

osposobljen prema zahtjevima norme
is competent according to
HRN EN ISO/IEC 17025:2017
(ISO/IEC 17025:2017;
EN ISO/IEC 17025:2017)
za/to carry out

Ispitivanje sigurnosnih ventila u uporabi
Testing of safety valves in use

u području opisanom u prilogu koji je sastavni dio ove potvrde o akreditaciji.
for the scope described in the annex which is the constituent part of this accreditation certificate.

Br./No.: 1312
Klasa/Ref.No.: 383-02/20-30/045
Urbroj/Id.No.: 569-02/12-21-30
Zagreb, 2021-04-28

Akreditacija istječe-Accreditation expiry: 2026-04-27
Prva akreditacija-Initial accreditation: 2011-04-28

HAA je potpisnica multilateralnog sporazuma s Europskom organizacijom za akreditaciju (EA)
HAA is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement

Ravnateljica:
Director General:
mr. sc. Mirela Zečević



HAA

Hrvatska akreditacijska agencija
Croatian Accreditation Agency

PRILOG POTVRDI O AKREDITACIJI br: 1312

Annex to Accreditation Certificate Number:

Klasa/Ref. No.: 383-02/20-30/045

Urbroj/Id. No.: 569-02/12-21-29

Datum izdanja priloga /Annex Issued on: 2021-04-28

Zamjenjuje prilog/Replaces Annex:

Klasa/Ref. No.: 383-02/15-30/039

Urbroj/Id. No.: 569-02/7-20-21

Datum/Date: 2020-09-23

Norma: HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Standard: (ISO/IEC 17025:2017; EN ISO/IEC 17025:2017)

Akreditacija istječe: 2026-04-27

Accreditation expiry:

Prva akreditacija: 2011-04-28

Initial accreditation:

Akreditirani laboratorij

Accredited Laboratory

FRIGOMOTORS d.o.o.

Laboratorij za ispitivanje opreme pod tlakom

Dugopoljska 35, HR-21204 Dugopolje

Područje akreditacije:

Scope of Accreditation:

Ispitivanje sigurnosnih ventila u uporabi

Testing of safety valves in use

Važeće izdanje Priloga dostupno je na web adresi: www.akreditacija.hr
Valid issue of the Annex is available at the web address: www.akreditacija.hr

Ravnateljica:

Director General:

mr.sc. Mirela Zečević

PODRUČJE AKREDITACIJE / SCOPE OF ACCREDITATION

Br. No.	Materijali / Proizvodi <i>Materials / Products</i>	Vrsta ispitivanja / Svojstvo <i>Type of test / Property</i> Raspon / Range	Metoda ispitivanja <i>Test method</i>
1.	Sigurnosni ventili <i>Safety valves</i>	Ispitivanja tijekom uporabe: - postavni tlak - nepropusnost <i>In-service testing:</i> - set pressure - tightness u području / in the range stacionarno / stationary (0 do/to 60) bar	Vlastiti postupak / Internal procedure RU-7.2.1, izdanje / Issue 2, 2020-09-17 Temeljeno na / Based on: Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti (Narodne novine br. 75/2020) Dodatak VI <i>Ordinance on inspection and testing of pressure equipment of high level of hazard (Official Gazette No. 75/2020) Annex VI</i>